	Q&A EX2-100
Q	本製品以外に準備する機器や消耗品は？
A	ルミノメーター、測定用チューブ（測定用プレート）、マイクロピペッター、滅菌水（ATPフリー水）など。
Q	検量線は測定日毎にとる必要がありますか？
A	測定データを比較検証するために、日差の有無やその度合いの指標となるよう、ATP標準液で既知濃度に対する発光量を確認しておいてください。
Q	ウェルプレートで測定できますか？
A	培地中のATP量は微量なため、ウェルプレートを使用しての測定は、シングルチューブ測定と同等以上の感度があるかご確認ください。　なお発光測定には、白色ウェルプレートの使用をお勧めします。
Q	血清や培地の種類で測定値が変動しますか？
A	同一の培養条件下での検体を相対比較しますので、検体間差の変動要因にはなりません。　（培養条件が異なる検体比較は推奨しません）